



NEN

Vlinderweg 6  
2623 AX Delft

Betreft: Geconstateerde afwijking in de norm

Geachte heer/mevrouw,

Door lid Sweco laboratorium van de sector commissie bouw van Fenelab is de volgende afwijking in norm NEN-NEN 13286-2:2010/C1:2012 geconstateerd:

<b>Geconstateerde afwijking:</b>	
Pagina:	25
Paragraaf:	B.5.4
Te wijzigen tekst:	$pd' = ps \times (u/100) + pd \times (100-u) / 100$

Deze afwijking is besproken in de vergadering van de sectorcommissie bouw Fenelab. De vergadering is het eens met de ingebrachte afwijking en stelt de volgende wijziging van de norm voor: :

<b>Vastgestelde tekstwijziging:</b>	
Datum wijziging:	05-01-2021
Versie wijziging:	02
Gewijzigde tekst:	$pd' = ps \times (u/100) + pd \times (100-u) / 100$

Wij verzoeken u om deze afwijking in te brengen in de betreffende normcommissie.

Wij hebben bovengenoemde oplossing voor deze afwijking in de branche geaccepteerd en adviseren onze leden om de werkwijze / interpretatie van de norm in hun procedures in te voeren. Wij zullen de Raad voor Accreditatie van onze zienswijze in kennisstellen. Graag vernemen wij van u het oordeel van de normcommissie in zake deze afwijking.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, voor verdere inlichtingen kunt u contact met mij opnemen.

Hoogachtend,

Paul Kuijper

Voorzitter Sectorcommissie Bouw