

CROW

Horaplantsoen 18

6717 LT Ede

Betreft: Geconstateerde afwijking in de norm

Geachte heer/mevrouw,

Door lid Sweco laboratorium van de sector commissie bouw van Fenelab is de volgende afwijking in norm CROW RAW standaard 2020 proef 77.3 geconstateerd:

Geconstateerde afwijking:	
Pagina:	1409 Standaard RAW 2020
Paragraaf:	Proef 77.2 en 77.3 Benodigdheden
Te wijzigen tekst:	UV-lamp (366 nm)

Deze afwijking is besproken in de vergadering van de sectorcommissie bouw Fenelab. De vergadering is het eens met de ingebrachte afwijking en stelt de volgende wijziging van de norm voor:


Vastgestelde tekstwijziging:	
Datum wijziging:	05-01-2021
Versie wijziging:	02
Gewijzigde tekst:	Een gebied aangeven ipv exact 366 nm bv UV-lamp (350-380 nm) Voorstel: Beoordelingskast of ruimte met UV-A lamp (320 – 420 nm, nominaal 366 nm +/- 10%.

Wij verzoeken u om deze afwijking in te brengen in de CROW werkgroep Proeven.

Wij hebben bovengenoemde oplossing voor deze afwijking in de branche geaccepteerd en adviseren onze leden om de interpretatie van de norm in hun procedures in te voeren. Wij zullen de Raad voor Accreditatie van onze zienswijze in kennisstellen. Graag vernemen wij van u het oordeel van de werkgroep in zake deze afwijking.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, voor verdere inlichtingen kunt u contact met mij opnemen.

Hoogachtend,



Paul Kuijper

Voorzitter Sectorcommissie Bouw